

Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара
<p>Экспресс-тест для выявления ротавируса (Rotavirus)</p>	<p>Экспресс-тест для выявления ротавируса (Rotavirus)  Принцип теста: иммунохроматографический, цветовая кодировка результатов.  Полоски контрольной и аналитической зоны должны иметь окраску разного цвета.  Чувствительность не менее 99%, специфичность – не менее 98%.  Тип тестового устройства: тест-кассеты в индивидуальной упаковке в комплекте с силикагелем  Тип измерения: качественный  Время анализа: не более 10 минут  Тип образца: кал - объем образца: не более 125 мкл жидкого кала  Количество тестов в наборе : 10 тестов.  Условия хранения: 2-30 град.  Состав набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке 10 шт, с маркировкой на русском языке (наименование теста, номер партии, срок годности), в комплекте с пластиковым флаконом-капельницей с однокомпонентным буфером с консервантом, объединенным с пипеткой и шпателем для забора образца- 10 шт. Флакон-капельница должен обладать закручивающимися крышками с обеих сторон. С верхней стороны – крышка должна быть с отламываемым концом для нанесение раствора образца на тест-систему. С нижней стороны крышка должна быть снабжена пластиковым аппликатором (длинной не менее 40 мм и рифлёной частью не менее 20 мм), а горлышко должно содержать прорезиненную вставку-отсекатель избыточного количества образца (для забора в емкость фиксированного количества образца). Для обеспечения герметичности, между каждой крышкой и флаконом должно быть гибкая прокладка.  Этикетки с пустыми полями под подписи для наклейки на флаконы-капельницы с буфером – 10 шт.  Цветная инструкция для пользователя на русском языке  Коробка должна содержать полную маркировку на русском языке и быть заклеена пломбой с контролем первого вскрытия  Срок годности набора не менее 24 месяцев  Остаточный срок годности на момент поставки набора не менее 80%  Наличие регистрации в МЗиСР</p>